



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

Бр.

20-2994/7

08.04.2020 година

До

Понудувачите

ПРЕДМЕТ: Одговор на поставено прашање по Јавен повик за интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус-COVID-19 за време на траење на вонредната состојба.

Почитувани

До комисијата за спроведување на постапката на јавниот повик при Министерство за здравство на РСМ од страна на заинтересиран понудувач пристигнато е прашање во електронска форма во врска со објавениот Јавен повик за "интервентна набавка на респираторни машини заради спроведување на мерките за справување со Коронавирус-COVID-19 за време на траење на вонредната состојба". Согласно насоките на стручните лица, Во прилог Ви го доставуваме следниот одговор:

ПРАШАЊЕ (цитат):

Почитувани,

Би сакале да ни појасните што значи поточно со компресор и без компресор?

Дали во случајот „без компресор“ самиот апарат за механичка вентилација треба да има свој интегриран компресор?

И доколку се понуди „ со компресор „ се мисли на надворешен компресор (посебен уред)?

ОДГОВОР:

Кога се мисли на респиратор со компресор тоа значи дека неговиот погон го обезбедува надворешна единица која е интегрирана со вентилаторот како погон. Некои респиратори имаат конекција за централен компримиран воздух. Во Република Северна Македонија има болници кои имаат централен компримиран довод, но има некои кои имаат само централен довод на кислород, па затоа се бараат респиратори и со компресор и без. Значи ни требаат и такви и такви.

Со почит,

Комисија за спроведување на
Јавен повик